

Сода кальцинированная техническая

№ п/п	Определяемый оксид	Диапазон массовых долей, %	ОСКО	
			ГОСТ 21138	LEA-S500
1	Na_2CO_3	87.0 - 99.9	0.35 - 0.30	0.3 - 0.1
2	Fe_2O_3	0.001 - 0.05	27.0 - 20.0	25.0 - 4.5
3	SO_3	0.04 - 0.1	15.0	14.0 - 4.5
4	NaCl	0.1 - 1.0	20.0 - 2.0	10.0 - 1.0
5	K_2CO_3	0.001 - 0.1 2.3 - 6.5	Не нормир 5.0	22.0 - 8.5 5.0 - 3.0
6	Al_2O_3	0.001 - 0.1	Не нормир	30.0 - 4.0
7	SiO_2	0.001 - 0.1	Не нормир	20.0 - 10.0
8	CaCO_3	0.01 - 0.2	Не нормир	15.0 - 2.0
9	Li_2CO_3	0.0002 - 0.01	Не нормир	38.0 - 9.5

Примечание:

- ГОСТ 5100 «Сода кальцинированная техническая»,
ГОСТ 10689 «Сода кальцинированная техническая из нефелинового сырья»
- Для построения калибровочных кривых и установления ОСКО
использовались искусственные СОП ООО «СОЛ instruments»